

# 停電時の対応に関するお願い



お願い 2時間おきの体位変換は、通常通り行ってください。

●対応機種：エアマスター ビッグセル インフィニティ

## 停電対策 機能付き

**停電時、特別な操作を行う必要はありません。**

- 停電と同時に特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断し、マット内圧を **14日間保持** します。
- カプラーを外さないように注意してください。
- 電気復旧後は、メモリ機能により直前の設定が自動復帰しますので、再設定の必要はありません。

●対応機種：エアマスターネクサス、ビッグセル-Ex、トライセル、アクティ、エアドクター

## 約3時間以内 の停電

## 約3時間以上の停電

空気の流出を防ぐため、下記の対応をお願いします

用意するもの ビニールひも、ガムテープ（布）など

- ① 送風チューブの途中をつぶれるまで折り曲げる  
※ポンプから送風チューブを外さないで行ってください
- ② ひもなどで折り曲げた付近をしっかり留める  
※結尾部より空気の漏出がないか確認してください



## 底つきまでの 時間

ケーブ社検証データ

機種		そのまま使用した場合	送風チューブ折り曲げた場合
ネクサス	エアセル	約8時間	約7日間
	ベースマット	約7日間	
ビッグセル-Ex		約8時間	約2日間
トライセル		約3時間	約4日間
アクティ		約1時間※	約20時間
エアドクター		約3時間	約4日間

※アクティの場合、1時間以上の停電は、送風チューブを折り曲げてご対応ください。

## ●電気復旧時の安全確認と再設定をお願いします

当社のエアマットレスは、電力復旧後には自動で電源が入ります。

送風チューブのひもやテープを外し、**体重設定** **各種モード** などを再設定してください。

（エアドクターは製品の仕様上、再設定の必要がありません）

約20分程度でエアが充填され、通常にご使用いただけるようになります。

※突発的な停電の際も、復旧後は初期設定に戻りますので、再設定が必要となります。

■お問合せ先（ご不明な点やご心配なことがありましたら、お気軽にご連絡ください）

**株式会社ケーブ** 本社：TEL：046-821-5511（代）〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町 2-7  
福岡：TEL：092-521-0421 〒810-0014 福岡市中央区平尾 2-17-20